

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit



Rychlá a efektivní

SARS-CoV-2 Antigen

detekce z nosu, orofaryngu
a nasofaryngu

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit s jednotlivě balenými lahvičkami pufry


SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit je rychlý, imunochromatografický test na bázi koloidního zlata pro kvalitativní stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 ve výtěru z **nosu, orofaryngu a nasofaryngu**, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19.

Test je určen pouze pro profesionální zdravotnické použití, nicméně odběr z nosu či orofaryngu je jednoduchý a neinvazivní. Použití testu nevyžaduje žádné laboratorní vybavení.

Díky dostupnosti výsledku během 10 minut je test cenným nástrojem pro efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2.

Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testu.

Potencionální zkřížená reaktivita byla testována na celé řadě běžných patogenů; koncentrace, při nichž nebyla zkřížená reaktivita zjištěna, jsou uvedeny v návodu k použití.



Objednací údaje

Katalogové číslo	Název	Balení
CoV2Ag 25	SARS CoV 2 Antigen Rapid Test Kit	25 testů



Vzorek:	výtěr z nosu, nasofaryngu nebo orofaryngu
Odečtení výsledku:	10 minut
Charakteristiky:	srovnání s RT-PCR
Citlivost:	96,33 % (95 % CI: 90,87 %; 98,99 %)
Specifita:	99,57 % (95 % CI: 97,62 %; 99,99 %)

Celková shoda výsledků z orofaryngu, nosu a nasofaryngu: 100 % (95 % CI: 100 %; 100 %)



Výrobce

Wuhan UNscience Biotechnology Co., Ltd.
Building B18, 2nd Phase of Biomedical Park, #858 GaoXin Road,
Donghu Hi-Tech Development, Wuhan, Hubei, P.R. China
E-mail: support@unscience.cn



Distributor

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 549 121 205 (209, 238) | Fax: +420 541 243 390
E-mail: trade@testlinecd.com
www.testlinecd.cz