



Rychlá a efektivní

SARS-CoV-2 Antigen

detekce



AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

Výtěr z nosohltanu a sputum

Vyrobeno v EU

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag


AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag je rychlý, imunochromatografický test pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Protein viru SARS-CoV-2 z výtěru nosu, krku nebo nosohltanu, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19.

Test je určen pouze pro profesionální zdravotnické použití, nicméně jeho použití je jednoduché a nevyžaduje žádné laboratorní vybavení.

Díky dostupnosti výsledku během 15 minut je test cenným nástrojem pro efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2.

Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testu.

Potencionální zkřížená reaktivita byla testována na celé řadě běžných patogenů; koncentrace, při nichž nebyla zkřížená reaktivita zjištěna, jsou uvedeny v návodu k použití.



Vzorek: výtěr z nosohltanu, sputum

Odečtení výsledku: 15 – 20 minut

Detekční limit: 1.15 x 10² TCID₅₀/mL

Charakteristiky: srovnání s RT-PCR

Citlivost: 97,3 % (95 % CI: 90,0 % – 99,8 %)

Specifita: 100,0 % (95 % CI: 96,9 % – 100 %)

Celková shoda: 98,8 % (95 % CI: 91,8 % – 99,9 %)

Interference: Nebyla detekována interference s EDTA, antivirovými, antibiotiky, antibakteriálními léčivými, nazálními spreji a kapkami, nazálními kortikosteroidy.

Složení soupravy: individuálně balené testovací kazety, sterilní odběrové tampony, extrakční pufr, extrakční zkumavky, kapátko, držák zkumavek.

Objednací údaje:

Kat. číslo	Název	Poznámka	Balení
RT2951	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag	jednotlivě balené pufrы	10 testů
RT2952	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag	pufr v kapací lahvičce	25 testů
RT2952-S	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag	jednotlivě balené pufrы	25 testů
RT3952	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum	jednotlivě balené pufrы	25 testů

VÝROBCE



AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 Graz, Rakousko

Tel.: +43 316 69 80 69 | Fax: +43 316 69 80 69 12

E-mail: office.graz@amp-med.com

www.amp-diagnostics.com

DISTRIBUTOR



TestLine Clinical Diagnostics Ltd.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

Tel.: +420 549 121 205 (209, 238)

E-mail: sales@testlinecd.com

www.testlinecd.com